

Bundesamt für Strahlenschutz

**Bekanntmachung
gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)
Zulassung BfS 05/06 V RöV**

Vom 10. August 2006

Gemäß den §§ 8 ff. RöV vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) wird die Bauart der folgenden Vorrichtung zugelassen:

Bauartzeichen: **BfS 05/06 V RöV**

Bezeichnung der Vorrichtung: Schichtdickenmessgerät (Vollschutzgerät nach Anlage 2 Nr. 3 RöV)

Typ/Firmenbezeichnung: Fischerscope XRAY XDV mit Messkopf XDV

Inhaber der Zulassung / Hersteller der Vorrichtung:

Helmut Fischer GmbH + Co. KG
Industriestraße 21
71069 Sindelfingen

Zugelassene Verwendung: Die Vorrichtung ist als Vollschutzgerät nach § 2 Nr. 25 i.V.m. Anlage 2 Nr. 3 RöV als Gerät zur Schichtdickenmessung zugelassen. Der Betrieb der Vorrichtung ist genehmigungsfrei und anzeigepflichtig nach § 4 Abs. 3 RöV.

Technische Angaben zur Vorrichtung:

max. Betriebswerte: 50 kV Röhrenspannung
0,8 mA Röhrenstrom
40 W Röhrenleistung

Befristung der Zulassung: 10. August 2016

Salzgitter, den 10. August 2006
57502/2-128

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag
C z a r w i n s k i