

Bundesamt für Strahlenschutz

Bekanntmachung

gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)

1. Ergänzung zur Bauartzulassung mit dem Bauartzeichen BfS 09/08 V RöV

Vom 25. Juli 2012

Gemäß den §§ 8 bis 12 und der Anlage 2 der Röntgenverordnung (RöV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604), zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000), wird die Bauartzulassung, erteilt vom Bundesamt für Strahlenschutz am 22. Juli 2008, ergänzt:

Bauartzeichen: **BfS 09/08 V RöV**

Bezeichnung der Vorrichtung: Vollschutzgerät
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)

Typ/Firmenbezeichnung: Semyos / PW 2900

Inhaber der Zulassung: PANalytical GmbH
Nürnberger Straße 113
34123 Kassel

Hersteller der Vorrichtung: PANalytical B.V.
Lelyweg 1
7602 EA Almelo, Niederlande

Befristung der Zulassung: 22. Juli 2018

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

1. Die neue Software der XSAFE-Sicherheitsschaltung hat die Versionsnummer 2.2. Eine Verwendung früherer Software-Versionen ist nicht mehr zulässig.
2. Alternativ kann die Vorrichtung mit folgendem Röntgenstrahler (Röhre incl. Schutzgehäuse) betrieben werden:

Hersteller: Fa. Petrick GmbH, 07422 Bad Blankenburg
Röntgenstrahler: MWCPF24Mo80 (X-Ray tube assembly)
Anodenmaterial: Molybdän (Mo)
Betriebswerte (max.): Röhrenspannung 50 kV
Röhrenstrom 1 mA

Salzgitter, den 25. Juli 2012
Z 5-57502/2-306

Bundesamt für Strahlenschutz
Im Auftrag
Czarwinski