

Bundesamt für Strahlenschutz

Bekanntmachung gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)

1. Nachtrag zur Zulassung BfS 03/06 R RöV

Vom 23. März 2007

Gemäß den §§ 8 ff. RöV vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) wird die Bauartzulassung BfS 03/06 R RöV erteilt vom Bundesamt für Strahlenschutz am 8. Februar 2006, wie folgt ergänzt:

Vorrichtung: Röntgenstrahler

Typ/ Firmenbezeichnung: STOE Röntgenstrahler 180.11

Inhaber der Zulassung/Hersteller der Vorrichtung:
STOE & CIE GmbH
Hilpertsraße 10
64295 Darmstadt

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

Für folgende Röntgenröhren gelten die Röhrenbezeichnungen:

PANalytical B. V., Niederlande (Bem.:Die Röntgenröhren dürfen auf dem Typenschild anstelle „Panalytical“ den Namen „STOE“ tragen)	<i>RD Tube, C-Tech, Version A, Lang-Feinfocus, Brennfleck 0.4 x 12 mm</i>			
	Röhrenbezeichnung	NC	Anodenmaterial	Max. Röhrenleistung
	PW 2773/00	9430 027 73001	Cu	2200
	C-Tech	9430 922 00271	W	3000
	C-Tech	9430 922 00291	Mo	3000
	C-Tech	9430 922 00301	Co	1800
	C-Tech	9430 922 00311	Cr	1900
	C-Tech	9430 922 00321	Fe	1000
C-Tech	9430 922 00451	Ag	2200	

Salzgitter, den 23. März 2007
57502/2-182

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag
M o t z k u s