

Bundesamt für Strahlenschutz

**Bekanntmachung
gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)**

4. Nachtrag zur Zulassung He/Rö/R/104/01

Vom 16. März 2007

Gemäß den §§ 8 ff. RöV vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) wird die Bauartzulassung He/Rö/R/104/01, erteilt vom Regierungspräsidium Darmstadt am 14. März 2001, wie folgt ergänzt:

Vorrichtung: Röntgenstrahler

Typ/ Firmenbezeichnung: HI-RAY 9 DB

Zulassungsinhaber/Hersteller: Smiths Heimann GmbH
Im Herzen 4
65205 Wiesbaden

Befristung: 14. März 2011

Die Bauartzulassung wird wie folgt geändert:

Der Strahler kann auch mit der folgenden Röntgenröhre betrieben werden:

Typ: Svetlana 0.8BPM51-160

Hersteller: Firma Svetlana - Rentgen
Promyshlennaja ul. 5
198170 Sankt-Petersburg
Russland

Die Höchstbetriebswerte (140 kV Beschleunigungsspannung, 5 mA Röhrenstrom) bleiben unverändert.

Salzgitter, den 16. März 2007
57502/2-171

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag
M o t z k u s