

Bundesamt für Strahlenschutz

**Bekanntmachung
gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)
4. Ergänzung zur Zulassung BW/508/98/Rö
7. Ergänzung zur Zulassung BW/509/98/Rö
2. Ergänzung zur Zulassung BW/541/01/Rö
2. Ergänzung zur Zulassung BW/542/01/Rö**

Vom 18. April 2007

Gemäß den §§ 8 bis 12 RöV vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) werden die o.g. Bauartzulassungen geändert:

Die Änderungen gelten für die Vorrichtungen:

1. Röhrenhalterung Typ P (C79298-A3244-A1, C79298-A3244-A4) Röntgenstrahler, (BW/508/98/Rö) und
2. Röntgendiffraktometer D8 (Vollschutzgerät) (BW/509/98/Rö)
3. Röntgendiffraktometer D4 (Vollschutzgerät) (BW/541/01/Rö)
4. Röhrenhalterung Typ P (C79298-A3244-A3), Röntgenstrahler (BW/542/01/Rö)

Inhaber der Zulassungen/
Hersteller der Vorrichtungen:

Bruker AXS GmbH
Östliche Rheinbrückenstraße 49
76187 Karlsruhe

Die Änderungen umfassen jeweils die Konstruktion der Röhrenschutzgehäuse für die o.a. Röntgenstrahler, die jeweils in Röntgendiffraktometern der Typen D8 (1. und 2.) bzw. D4 (3. und 4.) desselben Herstellers verwendet werden. Die Shutterplatten der Röntgenstrahler können mit zusätzlichen Bohrungen für Frischluftkanäle versehen sein. Die Änderungen sind durch Bauartzeichnungen festgelegt.

Salzgitter, den 18. April 2007
57502/2-172, 173, 174, 175

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag
K.-H. M o t z k u s