

**Bundesamt für Strahlenschutz**  
**Bekanntmachung gemäß § 11 Röntgenverordnung (RöV)**  
**6. Nachtrag zur Bauartzulassung BW/509/98/Rö**

**Vom 18. Oktober 2004**

Gemäß den §§ 8 ff. RöV vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) wird die Bauartzulassung BW/509/98/Rö, erteilt am 27. November 1998 durch das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Stuttgart, geändert.

Bezeichnung der Vorrichtung: Röntgendiffraktometer (Vollschutzgerät)  
Typ/Firmenbezeichnung: D8  
Inhaber der Zulassung/Hersteller: Bruker AXS GmbH  
Östliche Rheinbrückenstraße 49  
76187 Karlsruhe

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

1. Maximale Betriebsbedingungen

Für die Bauart der Vorrichtung werden folgende maximale Betriebsbedingungen festgelegt:

	50 kV (Gleichspannung)
	3,0 kW.

2. Zusätzlicher Röntgeneratore

Die Vorrichtung kann auch mit dem Röntgeneratore K 780 (3 kW) betrieben werden.

Dieser 6. Nachtrag gilt nur im Zusammenhang mit der o.g. Bauartzulassung und den hierzu ergangenen Nachträgen.

Salzgitter, den 18. Oktober 2004  
57502/2-092

Bundesamt für Strahlenschutz  
Im Auftrag

Czarwinski