

Bundesamt für Strahlenschutz

Bekanntmachung

gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)

1.Ergänzung zur Bauartzulassung mit dem Bauartzeichen BfS 01/13 V RöV

Vom 14. April 2014

Gemäß den §§ 8 bis 12 und der Anlage 2 der Röntgenverordnung (RöV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000) geändert worden ist, wird die Bauartzulassung der folgenden Vorrichtung geändert:

Bezeichnung der Vorrichtung: Röntgendiffraktometer
Vollschutzgerät
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)

Typ/Firmenbezeichnung: Empyreon / 9430 060 03002V

Inhaber der Zulassung: PANalytical GmbH
Nürnberger Str. 113
34123 Kassel

Hersteller der Vorrichtung: PANalytical B.V.
Lelyweg 1
7600 EA Almelo
NIEDERLANDE

Befristung der Zulassung: 04. April 2023

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

Das Röntgendiffraktometer Empyreon / 9430 060 03002V kann zusätzlich auch mit modifizierten Röntgenröhren betrieben werden, die eine geänderte Buchse für den Hochspannungsstecker aufweisen, in der statt eines Bleirings ein geänderter Messingring mit einem Spanning eingesetzt ist.

Die so geänderten Röhren weisen an der letzten Stelle ihrer 12stelligen Typnummer eine abweichende Endziffer auf, sie können wahlweise zu den bereits zugelassenen Röntgenröhren verwendet werden.

Salzgitter, den 14.April 2014
Z 5-57502/2-2011-013-E1

Bundesamt für Strahlenschutz
Im Auftrag
Czarwinski