

Bundesamt für Strahlenschutz

Bekanntmachung

gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)

1. Ergänzung zur Bauartzulassung mit dem Bauartzeichen BfS 09/07 V RöV

Vom 30. März 2012

Gemäß den §§ 8 bis 12 und der Anlage 2 der Röntgenverordnung (RöV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000) geändert worden ist, wird die Bauartzulassung BfS 09/07 V RöV, erteilt vom Bundesamt für Strahlenschutz am 4. Juli 2007, wie folgt geändert:

Bezeichnung der Vorrichtung: Vollschutzgerät
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)

Typ/Firmenbezeichnung: S8 TIGER / A15-X10-...

Inhaber der Zulassung/Hersteller der Vorrichtung:
Bruker AXS GmbH
Östliche Rheinbrückenstraße 49
76187 Karlsruhe

Befristung der Zulassung: 4. Juli 2017

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

An dem Sequenz-Röntgenspektrometer S8-Tiger wurden die Durchbrüche für die Kabeldurchführungen an der Spektrometerkammer geändert.

Maximale Betriebswerte: 60 kV Röhrenspannung (Gleichspannung)
1,0 kW - 4,05 kW Röhrenleistung (je nach Ausstattung)

Salzgitter, den 30. März 2012
Z 5-57502/2-2011-012-E1

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag

Häusler