

**Bundesamt für Strahlenschutz**

**Bekanntmachung**

**gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)**

**2. Ergänzung zur Bauartzulassung mit dem Bauartzeichen BfS 09/07 V RöV**

**Vom 6. November 2013**

Gemäß den §§ 8 bis 12 und der Anlage 2 der Röntgenverordnung (RöV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000) geändert worden ist, wird die Bauartzulassung BfS 09/07 V RöV, erteilt vom Bundesamt für Strahlenschutz am 4. Juli 2007 und zuletzt ergänzt am 30. März 2012, geändert:

Bezeichnung der Vorrichtung: Vollschutzgerät  
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)

Typ/Firmenbezeichnung: Sequenz-Röntgenspektrometer  
S8 Tiger / A15-X10-...

Inhaber der Zulassung/Hersteller der Vorrichtung:  
Bruker AXS GmbH  
Östliche Rheinbrückenstraße 49  
76187 Karlsruhe

Befristung der Zulassung: 4. Juli 2017

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

Das Sequenz-Röntgenspektrometer S8 Tiger wird um den Typ „ECO“ erweitert, bei dem der serienmäßige Filterwechsler hinter dem Strahlenaustrittsfenster der Röntgenröhre OEG 95-LT entfällt. Dafür wird ein geänderter Adapter eingesetzt, der optional die Verwendung eines festen Filters hinter dem Strahlenaustrittsfenster ermöglicht.

Salzgitter, den 6. November 2013  
Z 5-57502/2-2011-012-E2

Bundesamt für Strahlenschutz  
Im Auftrag  
Häusler