

Bundesamt für Strahlenschutz

**Bekanntmachung
gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)
4. Ergänzung zur Bauartzulassung
mit dem Bauartzeichen BfS 09/07 V RöV**

Vom 5. August 2015

Gemäß den §§ 8 bis 12 und der Anlage 2 RöV in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000) geändert worden ist, wird die Bauartzulassung wie folgt geändert:

Bezeichnung der Vorrichtung: Sequenzröntgenspektrometer
Vollschutzgerät
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)

Typ/Firmenbezeichnung: S8 TIGER / A15-X10-...

Inhaber der Zulassung / Hersteller der Vorrichtung:
Bruker AXS GmbH
Östliche Rheinbrückenstraße 49
76187 Karlsruhe

Zugelassene Verwendung: Die Vorrichtung ist zur Durchführung von Materialanalysen zugelassen.

Befristung der Zulassung: 4. Juli 2017

Die Ergänzung des Zulassungsscheins umfasst folgende Punkte:
Die Bauart des o.g. Vollschutzgerätes ist auch mit der folgenden technischen Änderung zugelassen:

Erweiterung der zulässigen Röntgenröhren für die Leistungs-Gerätevarianten 1 bis 3 der Vorrichtung S8 TIGER:

-Typ: OEG95LT-L-Rh
-Hersteller: VARIAN Medical Systems,
Salt Lake City, USA.

-Zulässige Ordnungszahl Z des Anodenmaterials: $Z \leq 45$ (Rhodium)
(Die beiden letzten Buchstaben der Röhrenbezeichnung entsprechen dem verwendeten Anodenmaterial.)

Salzgitter, den 5. August 2015
Z 5-57502/2-2011-012-E4

Bundesamt für Strahlenschutz
Im Auftrag
Czarwinski