

## **Bundesamt für Strahlenschutz**

### **Bekanntmachung gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV) 2. Ergänzung zur Zulassung BfS 11/04 V RöV**

**Vom 23. Dezember 2009**

Gemäß den §§ 8 bis 12 und der Anlage 2 der Röntgenverordnung (RöV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) wird die Bauartzulassung BfS 11/04 V RöV, erteilt vom Bundesamt für Strahlenschutz am 9. November 2004, geändert:

Bezeichnung der Vorrichtung: Röntgenspektrometer  
Vollschutzgerät  
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)

Typ/Firmenbezeichnung: S2 Ranger  
A20-A1; A20-A2; A20-A3; A20-A4

Inhaber der Zulassung/Hersteller der Vorrichtung:  
Bruker AXS GmbH  
Östliche Rheinbrückenstraße 49  
76187 Karlsruhe

Befristung der Zulassung: 9. November 2014

Die Bauart der oben genannten Vollschutzgeräte ist auch mit der folgenden Änderung zugelassen:

In der Vorrichtung kann optional der Detektor B-1403-0000-200 und B 1403-0000-300 eingesetzt werden. Des Weiteren kann der Röntgenstrahler vom Typ VF-50L verwendet werden. Dies bedingt insgesamt die Zusammenfassung der bisherigen Bezeichnungen S2 Ranger A20-A1; A20-A2, A20-A3 und A20-A4 unter der neuen Bezeichnung S2 Ranger A20-X10, wobei die jeweilige Option durch weitere Buchstaben bzw. Ziffern charakterisiert ist.

Salzgitter, den 23. Dezember 2009  
57502/2-262

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag

Motzkus