

Bundesamt für Strahlenschutz

Bekanntmachung

gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)

1. Ergänzung zur Bauartzulassung mit dem Bauartzeichen

BfS 14/10 V RöV

Vom 2. Juli 2013

Gemäß den §§ 8 bis 12 und der Anlage 2 Nummer 3 der Röntgenverordnung (RöV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000) geändert worden ist, wird die Bauart der folgenden Vorrichtung ergänzt:

Bezeichnung der Vorrichtung: Vollschutzgerät
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)

Typ/Firmenbezeichnung: S2 PICOFOX automatic

Inhaber der Zulassung/Hersteller der Vorrichtung:
Bruker NANO GmbH
Schwarzschildstraße 12
12489 Berlin

Befristung der Zulassung: 18.02.2021

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

Die Gerätevariante mit der Röntgenröhre MCBM 50-0,6B Mo (Anodenmaterial Molybdän) und der zugehörigen Röntgenoptik MC-50 ist auch mit der folgenden Änderung zugelassen:

- Optional kann eine Gasspülung mit Stickstoff eingebaut werden. Dafür wird eine neue geänderte Gehäuse-Rückwand mit zusätzlicher Öffnung eingesetzt.

Salzgitter, den 02. Juli 2013
Z 5-57502/2-2012-013-E1

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag

Czarwinski