

Bundesamt für Strahlenschutz

Bekanntmachung

gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)

3. Ergänzung zur Bauartzulassung mit dem Bauartzeichen BfS 21/04 V RöV

Vom 27. November 2014

Gemäß den §§ 8 bis 12 und der Anlage 2 der Röntgenverordnung (RöV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000) geändert worden ist, wird die Bauart wie folgt geändert:

Bezeichnung der Vorrichtung: Röntgenfluoreszenzanalysator
Vollschutzgerät
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)

Typen/Firmenbezeichnungen: Lab-X 3000, Lab-X 3000S, Lab-X 3500, Lab-X 3500S,
Lab-X 3500SCI

Inhaber der Zulassung: Oxford Instruments Analytical GmbH
Wellesweg 31
47589 Uedem

Hersteller der Vorrichtungen: Oxford Instruments (Shanghai) Co., Ltd.
No. 129, Lane 150, Pingbei Road
Minhang District, Shanghai 201109, CHINA

Bisherige Befristung der Zulassung:
15. Dezember 2014

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

Die Befristung der Bauartzulassung ist verlängert bis zum 15. Dezember 2024.

Salzgitter, den 27. November 2014
Z 5-57502/2-2014-005-E3

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag

Czarwinski