

Bundesamt für Strahlenschutz

Bekanntmachung gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV) 1. Ergänzung zu den Zulassungen Nds. 601/01 Rö und Nds. 602/01 Rö

Vom 22. Dezember 2008

Gemäß den §§ 8 bis 12 und der Anlage 2 Nr. 3 (Nds. 601/01 Rö) und 4 (Nds. 602/01 Rö) der RöV vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) werden die Bauartzulassungen **Nds. 601/01 Rö und Nds. 602/01 Rö**, erteilt von der Bezirksregierung Branunschweig am 31. August 2001, wie folgt ergänzt:

Bezeichnung der Vorrichtung: Vollschutzgerät gemäß § 2 Nr. 25 RöV
(Nds. 601/01 Rö)
Schulröntgeneinrichtung gemäß § 2 Nr. 17 RöV
(Nds. 602/01 Rö)

Typ/Firmenbezeichnung: 09058.99

Inhaber der Zulassungen/
Hersteller der Vorrichtungen: PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
37079 Göttingen

Befristung der Zulassungen: 30. September 2011

Änderung der Zulassungen:

Die vorgenannten Vorrichtungen können auch betrieben werden mit

- einer Röntgenröhre mit Wolfram-Anode im Einschub mit Wolfram-Röntgenröhre vom Typ 09058.80 oder
- Röntgenröhren, die dem Typ 09058.80 baugleich sind und deren Ordnungszahl des Anodematerials kleiner als 74 (Wolfram) ist.

Salzgitter, den 22. Dezember 2008
57502/2-207a und b

Bundesamt für Strahlenschutz
Im Auftrag
Motzkus