

Bundesamt für Strahlenschutz
Bekanntmachung gemäß § 11 Röntgenverordnung (RöV)

Gemäß §§ 8 ff. RöV vom 08. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) wird die Bauartzulassung BW/541/01/Rö, erteilt vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Stuttgart am 08. August 2001 geändert.

Bauartzeichen: **BW/541/01/Rö**

Vorrichtung: Vollschutzgerät (nach Anlage 2 Nr. 3)
Typ/Firmenbezeichnung: Röntgendiffraktometer D4

Zulassungsinhaber: Bruker AXS GmbH
Östliche Rheinbrückenstraße 49
76187 Karlsruhe

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

1. Am Röhrenschutzgehäuse mit der Firmenbezeichnung „Röhrenhalterung Typ P“ des im „Röntgendiffraktometer D4“ verwendeten Röntgenstrahlers ist
 - die Frontplatte gemäß Zeichnung Nr. A13-C150-X6 vom 29.01.2004 in Stahl ausgeführt und
 - die Dicke des Shutters gemäß Zeichnung Nr. C79298-A3244-C7-X6 auf $3,6^{+0/-0,1}$ mm reduziert.
2. Der Flansch und die Gehäuseteile des Göbelspiegels bestehen aus Messing.

Dieser 1. Nachtrag gilt nur im Zusammenhang mit der oben genannten Bauartzulassung.

Salzgitter, den 16. Juni 2004
57502/2-070

Bundesamt für Strahlenschutz
Im Auftrag

Czarwinski