

Bundesamt für Strahlenschutz
Bekanntmachung gemäß § 11 Röntgenverordnung

Gemäß §§ 8 ff. der Röntgenverordnung (RöV) vom 08. Januar 1987 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Juni 2002 (BGBl. I S. 1869), wird die Bauart der folgenden Vorrichtung zugelassen:

Bauartzeichen: BfS 02/03V RöV

Vorrichtung: Röntgendiffraktometer
Typ / Firmenbezeichnung:
ARL X'TRA

Inhaber der Zulassung: Thermo Electron Spectroscopy GmbH
Werner-Heisenberg-Straße 2
63263 Neu-Isenburg

Hersteller der Vorrichtung: Thermo ARL
ARL Applied Research Laboratories S.A.
En Vallaire Ouest C, 1024 Ecublens
Schweiz

Zugelassene Verwendung: Vollschutzgerät (nach Anlage 2 Nr. 3 RöV), die Vorrichtung ist zur gewerblichen Verwendung als Analysegerät genehmigungsfrei und anzeigepflichtig - nach § 4 Abs. 3 RöV – zugelassen.

Befristung der Zulassung: 30.01.2013

Salzgitter, den 30.01.2003
57502/2-001

Bundesamt für Strahlenschutz
Im Auftrag

Czarwinski