

Bundesamt für Strahlenschutz

Bekanntmachung gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV) Zulassung BfS 07/07 V RöV

Vom 4. April 2007

Gemäß den §§ 8 ff. RöV vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) wird die Bauart der folgenden Vorrichtung zugelassen:

Bauartzeichen: **BfS 07/07 V RöV**

Bezeichnung der Vorrichtung: Vollschutzgerät

Typ/Firmenbezeichnungen: SPECTRO iQ

Inhaber der Zulassung/Hersteller der Vorrichtung: SPECTRO Analytical Instruments GmbH & Co.KG
Boschstraße 52
47533 Kleve

Zugelassene Verwendung: Die Vorrichtung ist als Vollschutzgerät nach § 8 i.V.m. Anlage 2 Nr. 3 RöV zur Röntgenfluoreszenzanalyse zugelassen. Der Betrieb der Vorrichtung ist nach § 4 Abs. 3 RöV genehmigungsfrei, wenn die Inbetriebnahme der zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen vorher angezeigt wird.

Technische Angaben zur Vorrichtung:

Zugelassene Röntgenröhre

Typ: Varian VF-50J-PD/S (Anodenmaterial: Palladium)
max. Betriebswerte: Röhrenspannung 48 kV (Gleichspannung)
Röhrenstrom 0,60 mA
Röhrenleistung 25 W

Befristung der Zulassung: 4. April 2017

Salzgitter, den 4. April 2007
57502/2-101

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag
M o t z k u s