

**Bundesamt für Strahlenschutz**

**Bekanntmachung  
gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)  
1. Nachtrag zur Zulassung BfS 15/04 R RöV**

**Vom 24. Januar 2006**

Gemäß den §§ 8 ff. RöV vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) wird die Bauartzulassung BfS 15/04 R RöV, erteilt vom Bundesamt für Strahlenschutz am 7. September 2004, geändert:

Bauartzeichen: **BfS 15/04 R RöV, 1. Nachtrag**

Bezeichnung der Vorrichtung: Röntgenstrahler HI-RAY 10

Inhaber der Zulassung: Smiths Heimann GmbH  
Im Herzen 4  
65205 Wiesbaden

Hersteller der Vorrichtung: Smiths Heimann GmbH  
Im Herzen 4  
65205 Wiesbaden

Die Vorrichtung wird wie folgt geändert:

Die im Röhrenschutzgehäuse des Röntgenstrahlers befindliche Öl-Einlassöffnung kann anstelle der Verschlusschraube auch mit einem Temperatursensor verschlossen werden. Diese Änderung ist in der Zeichnung Nr. Z5539142-Z vom 21. Oktober 2005 festgelegt.

Salzgitter, den 24. Januar 2006  
57502/2-126

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag  
C z a r w i n s k i