

**Bundesamt für Strahlenschutz**  
**Bekanntmachung gemäß § 11 Röntgenverordnung**

Gemäß §§ 8 ff. der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung – RöV) vom 08. Januar 1987 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Juni 2002 (BGBl. I S. 1869), wird auf Antrag der Firma Leybold Didactic GmbH, Leyboldstraße 1, 50354 Hürth, die Bauartzulassung **NW 807/97 Rö** vom 10.11.1997 in der Fassung des 2. Nachtrags vom 22.10.2001, erteilt durch die Landesanstalt für Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen, für die Röntgeneinrichtung des Typs 55481 (Katalog Nr.) in Form eines **3. Nachtrags** wie folgt geändert:

In der Röntgeneinrichtung werden die Glas-Schiebetüren mit Scheiben in einer Dicke von ca. 4,5 mm und einem Bleigleichwert von 1 mm durch Scheiben in einer Dicke von ca. 6 mm und einem Bleigleichwert von 1,6 mm ersetzt. Die Konstruktion der Laufschiene entspricht den geänderten Abmessungen der Scheiben.

Dieser Nachtrag gilt nur im Zusammenhang mit der o.g. Bauartzulassung und den hierzu ergangenen Nachträgen.

Salzgitter, 20. Dezember 2002  
57502/2-013

Bundesamt für Strahlenschutz  
Im Auftrag

Czarwinski